

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ БИОПСИЯ

Основные факты

- Синонимы процедуры: стереотаксическая биопсия, стереобиопсия системой «пистолет-игла» (биопсийным пистолетом)
- Определение процедуры: чрескожная игловая биопсия под контролем маммографии с использованием стереотаксического оборудования
- Клинические показания
 - Непальпируемое подозрительное образование, обнаруженное на маммограмме
- Лучшая методика выполнения процедуры
 - Использование специальной системы с пронационной укладкой пациентки
 - Выполнение процедуры с пациенткой в положении сидя с помощью приставки для стереотаксиса к маммографу
 - Размеры иглы 14–8 G
 - 11 G игла с вакуумной системой часто используется для отбора пробы из области обызвествления
- Наиболее частые осложнения
 - Кровотечение
- Ожидаемый результат
 - Адекватная биопсия намеченного образования-мишени, позволяющая выбрать тактику лечения